ACCU-CHEK® Instant

Roche

MANUEL D'UTILISATION PAS A PAS

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE

ACCU-CHEK® Instant

Roche

Mesure de la glycémie

Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon et séchez-les soigneusement. Préparez votre autopiqueur. Insérez la bandelette réactive dans le lecteur dans le sens de la flèche. Le lecteur s'allume alors automatiquement. La partie métallique doit être bien insérée dans le lecteur.

Lorsqu'un symbole de goutte apparait, vous pouvez réaliser une piquire sur un doigt.

Appliquez la goutte de sang sur le bout de la tigette au niveau de la zone jaune. Ensuite éloignez votre doigt et attendez que le symbole du sablier clignote.

Le résultat du test apparaît dans les 4 secondes sur l'écran. La flèche indique si le résultat glycémique est au-dessus, égal ou en dessous de la valeur cible souhaitée.
Bleu : au dessus de la valeur cible
Vert : égal à la valeur cible
Rouge : en dessous de la valeur cible

Les deux boutons à droite du lecteur vous permettent de :
- Régler la date et l'heure
- Visualiser les derniers résultats des mesures
- D'accéder aux derniers résultats des mesures enregistrées ainsi qu'à la moyenne de ces résultats

Pour plus d'informations à ce sujet, consultez le manuel d'utilisation.

Appuyez sur le bouton à gauche du lecteur pour éjecter la bandelette.

Visionnez la vidéo de présentation

Connecter votre lecteur à mySugr App

ACCU-CHEK et ACCU-CHEK INSTANT sont des marques déposées de Roche. La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées, enregistrées et propriété de Bluetooth SIG, Inc. et chaque utilisation par Roche est sous licence.

© 2021 Roche Diabetes Care

Roche Diagnostics Belgium NV/SA
Greenhouse BXL | Berkenlaan 8A | 1831 Diegem | 0800 93 626

www.accu-chek.be/fr/instant

BE-393