
2 Accu-Chek Insight Tender infusieset



Inbrenging van de Accu-Chek Insight Tender infusieset



1

Was uw handen grondig voordat u de infusieset uitpakt. Kies en desinfecteer de infusieplaats zoals aangeraden door de dokter of de zorgverlener.



2

Trek de beschermkap zover mogelijk terug.



3

Maak een huidplooi. Breng de infusieset in onder een hoek van 20 tot 45°.



4

Verwijder de voorste strook van de afdekfolie van de zelfklevende pleister.



5

Plak het voorste gedeelte van de zelfklevende pleister op de infusieplaats en druk erop om een goed contact met de huid te verzekeren.



6

Houd de zelfklevende pleister op zijn plaats en trek aan de greep terug en verwijder deze uit het aansluitsysteem.



7

Duw de beschermkap tot in de aanvangspositie terug en gooi deze volgens de locale wetgeving weg.



8

Verwijder de achterste strook van de afdekfolie van de zelfklevende pleister.



9

Plak de zelfklevende pleister op de infusieplaats en druk erop om een goed contact met de huid te verzekeren.



10

Sluit het slanggedeelte op de pomp aan en vul dit volgens de instructies die met de insulinepomp geleverd zijn. Zorg ervoor dat het slanggedeelte volledig gevuld en zonder luchtbellen is.



11

Sluit de gevulde slang aan het aansluitsysteem aan. Voor met de insulinetherapie aan te vangen, vul de canule met 0,9 E insuline.

Accu-Chek Insight Tender

Slang		Soepele canule	
Lengte	**Vulvolume**	**Lengte**	**Vulvolume**
40 cm	9 U*/90 µl	13 mm	0.9 U*/9 µl
70 cm	13 U*/130 µl	17 mm	0.9 U*/9 µl
100 cm	17 U*/170 µl		

* U100 insuline

Choosing your Accu-Chek Insight infusion set

	 **Accu-Chek Insight Flex**	 **Accu-Chek Insight Tender**
Type canule	soepel	
Inbrenghoek	90°	20° – 45°
Lengte van de canule	6, 8 of 10 mm	13 of 17 mm
Slang-lengtes	40, 70 of 100 cm	
Inbreng-procede	handmatig of automatisch	handmatig

De Accu-Chek Insight infusiesets zijn ontworpen met het oog op een veilig gebruik dankzij een innovatief systeem met bescherming van de naalden.

ACCU-CHEK® Insight

6 Infusiesets



Het assortiment Accu-Chek Insight infusiesets bestaat uit:

1 De Accu-Chek Insight Flex infusieset en de inbrenghulp Accu-Chek LinkAssist Plus




2 De Accu-Chek Insight Tender infusieset



De infusiesets zijn bestemd voor de onderhuidse infusie van insuline m.b.v. de Accu-Chek Insight insulinepomp.

1 De Accu-Chek Insight Flex infusieset en de inbrenghulp Accu-Chek LinkAssist Plus



Automatische inbrenging van de Accu-Chek Insight Flex infusieset m.b.v. de inbrenghulp Accu-Chek LinkAssist Plus



1

Was uw handen grondig voordat u de infusieset uitpakt. Kies en desinfecteer de infusieplaats zoals aangeraden door de dokter of de zorgverlener. Steek de naaldhouder in de vulkamer van de inbrenghulp, het gekleurde gedeelte naar de veiligheidspal.



2

Verwijder de twee gedeeltes van de afdekfolie van de zelfklevende pleister.



3

Houd de basis van de Accu-Chek LinkAssist Plus stevig vast met één hand en trek met de andere hand, het spanelement eruit en zo ver mogelijk omhoog.



4

Plaats de inbrenghulp op de gekozen infusieplaats. Druk de inbrenghulp op de huid totdat de veiligheidspal niet meer te zien is. Duw op de ontgrendelknop om de infusieset in te brengen.



5

Verwijder de inbrenghulp.



6

Plak de pleister op de infusieplaats en druk erop om een goed contact met de huid te verzekeren.



7

Verwijder de naaldhouder met de inbrengnaald onder de correcte hoek. De zelfklevende pleister en het aansluitsysteem blijven op de huid. De inbrengnaald springt automatisch in de naaldhouder terug.



8

Sluit het slanggedeelte op de pomp aan en vul dit volgens de instructies die met de insulinepomp geleverd zijn. Zorg ervoor dat de slang volledig gevuld en zonder luchtbellen is.



9

Sluit de gevulde slang aan het aansluitsysteem aan. Voor met de insulinetherapie aan te vangen, vul de canule met 0,7 E insuline.



10

Voor het opbergen, breng het spanelement terug op zijn plaats.


De Accu-Chek Insight Flex infusieset kan ook handmatig ingebracht worden, zonder inbrenghulp; gelieve de instructies die met het product geleverd zijn te volgen.

Accu-Chek Insight Flex

Slang		Soepele canule	
Lengte	**Vulvolume**	**Lengte**	**Vulvolume**
40 cm	9 U*/90 µl	6 mm	0.7 U*/7 µl
70 cm	13 U*/130 µl	8 mm	0.7 U*/7 µl
100 cm	17 U*/170 µl	10 mm	0.7 U*/7 µl

* U100 insuline

Voorbeelden van aanbevolen infusieplaatsen



Kies een infusieplaats weg van de taille, eventueel littekenweefsel, de navel en recent gebruikte infusieplaatsen.

- snelle insulineopname
- gemiddelde tot snelle insulineopname
- langzame insulineopname

Aangepast van Scheiner, G., B. Sage, and P. Wolf, Insulin pump therapy: Best practices in choosing and using infusion devices. The Diabetes Educator, 2011.

Wisselen van infusieplaats is aangeraden

Het is belangrijk om van infusieplaats te wisselen binnen hetzelfde gebied. Het vermindert het risico op infectie, de vorming van littekenweefsel en andere problemen, en bevordert een goede insulineopname.

Te vermijden infusieplaatsen

- 5 cm rond de navel
- Zeer gevoelige gebieden
- Onder de taille
- Plaatsen blootgesteld aan wrijving of stoten
- Op beenderen
- Bloedvaten
- Littekenweefsel/chirurgische littekens
- Wildgroei van vetweefsel
- Plaatsen met kneusingen
- Liposuctie
- Lichaamspiercing
- Tatoeages
- Moedervlekken
- Bloedvlekken

Bij twijfel, neem contact op met uw diabetesteam!

Belangrijke opmerking

Voor gedetailleerde instructies en belangrijke veiligheidsinstructies, gelieve de gebruiksaanwijzing van elk product te raadplegen.

PM&CG 04/2016

www.accu-chek.be/insight
www.facebook.com/accuchekbe
0800 93 626
www.youtube.com/AccuChekBelgium

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSIGHT en ACCU-CHEK LINKASSIST zijn handelsmerken van Roche. Alle andere productnamen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. © 2016 Roche Diabetes Care.

Roche Diagnostics Belgium NV/SA
Schaarbeeklei 198
1800 VILVOORDE

Roche