ROCHE, UW PARTNER IN DIABETES

ACCU-CHEK® Guide

VERRASSEND SLIM

ACCU-CHEK® GUIDE BLOEDGLUCOSEMETER

Voorbereiding

1

Controleer de vervaldatum op de flacon teststrips. Gebruik geen vervallen teststrip.

2

Druk de teststrip naar boven, oefen een beetje druk uit met de duim en neem de teststrip uit de flacon. Sluit daarna voorzichtig het deksel.

Bloedglucosemeting uitvoeren

1

Voer de teststrip in de meter in de richting van de pijl. De meter start automatisch. Een knipperend druppel-symbool wordt op het scherm weergegeven. Voer nu een vingerprik uit.

2

Houd de gele applicatiezone van de teststrip tegen de bloeddruppel. Haal de vinger van de teststrip weg als het knipperende zandlopersymbool op het scherm wordt weergegeven.

3

Het bloedglucose-resultaat verschijnt na ongeveer 4 seconden op het scherm. Indien u een markering wenst toe te voegen aan deze waarde, druk dan op de knop OK.

ACCU-CHEK® Mobile

STRIPVRIJ, ALLES-IN-ÉÉN

ACCU-CHEK® MOBILE BLOEDGLUCOSEMETER

Bloedglucosemeting uitvoeren

1

Schuif het afdekkapje open. De meter wordt automatisch aangezet.

2

Prik in de vinger, zodat er een bloeddruppel verschijnt.

3



Breng de bloeddruppel voorzichtig en met vaste hand, in het midden van het testveld aan. Druk het testveld niet tegen de vinger.

4

Lees het resultaat af en schuif het afdekkapje toe. De meter wordt uitgeschakeld.

mySugr®

EEN BETROUWBARE DIABETESPARTNER

MYSUGR APP

Een betrouwbare diabetespartner

1

Zet Bluetooth aan op uw smartphone.

2

Open de mySugr app, ga naar "Verbindingen" en selecteer hier uw meter.

3

Voor Accu-Chek Guide: Ga in de meter naar "Instellingen", "Draadloos", "Koppelen", en selecteer "Apparaat koppelen". Voer vervolgens de weergegeven code in de app in.

3

Voor Accu-Chek Mobile met draadloze adapter: Geef de 6 laatste cijfers in van het serie-nummer dat u terugvindt op de verpakking van de draadloze adapter. De gegevensoverdracht is bezig wanneer het groene lichtje van de adapter knippert en klaar wanneer het lichtje groen is.

ACCU-CHEK® FastClix

NAGENOEG PIJNLOOS

ACCU-CHEK® FASTCLIX PRIKKER

Voorbereiding

1

Verwijder het beschermkapje.

2

Plaats een lancettenhouder.

3

Plaats het beschermkapje terug.

Prikken

1

Kies de aangepaste prikdiepte.

2

Aanspannen en prikken met slechts één klik.

3

Duw het hendeltje één keer van voor naar achter.

Nieuw Gebruikt

Gebruik alle 6 lancetten alvorens de lancettenhouder te verwijderen. Eens verwijderd, kan de lancettenhouder niet meer worden ingebracht om hygiënische redenen.

ACCU-FINE®

ZACHT, VEILIG EN HANDIG

ACCU-FINE® INSULINEPENNAALDEN

Voorbereiding

1

Plaats elke keer een nieuwe naald op de insulinepen. Draai deze op de ampul met insuline.

2

Verwijder eventuele luchtbellen door de knop in te drukken totdat er een druppel insuline verschijnt. Zo kunnen eventuele luchtbellen ontsnappen.

3

Selecteer het aantal benodigde insuline eenheden door aan de ring te draaien waarop de eenheden gemarkeerd zijn. Voer deze stap altijd uit na stap 2, zo voorkomt u dat u te weinig insuline toedient.

Insuline injecteren

1

Kies de meest geschikte plaats om de insuline toe te dienen en ontsmet de huid op de injectieplaats.

2

Injecteer de insuline door de knop volledig in te drukken (wacht 10 seconden alvorens de naald voorzichtig terug te trekken). Houd de knop steeds ingedrukt, ook tijdens het terugtrekken.

HEEFT U NOG VRAGEN?

Bel de Roche Diabetes Service
0800 93 626

Surf naar
www.accu-chek.be

Volg ons op Facebook
www.facebook.com/RocheDiabetesCareBE

Volg ons op Instagram
www.instagram.com/rochediabetescare_be

Bekijk de video's op
www.youtube.com/RocheDiabetesCareBE

Stuur naar
info@accu-chek.be

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE, ACCU-CHEK MOBILE, CLIXMOTION, FASTCLIX, ACCU-FINE en MYSUGR zijn handelsmerken van Roche.
Het *Bluetooth*® woordmerk en logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. © 2021 Roche Diagnostics Belgium

Roche Diagnostics Belgium NV
Greenhouse BXL | Berkenlaan 8A, 1831 Diegem