ACCU-CHEK® Instant

Roche

STAPPENKAART

MAAK HET JEZELF MAKKELIJK

ACCU-CHEK® Instant

Bloedglucose meten

Was je handen goed met warm water en zeep en droog deze grondig af. De meter wordt ingeschakeld als je de strip in de meter steekt. Het metalen uiteinde van de strip moet in de meter worden gestoken.

Als een knipperend druppel-symbool verschijnt, moet een vingerprik met de prikpen worden uitgevoerd.

Breng het druppeltje bloed aan op de gele rand van de teststrip. Verwijder je vinger van de teststrip als het knipperende zandloper-symbool op de display verschijnt.

Het testresultaat verschijnt binnen 4 seconden op de display. De pijl geeft aan of je testresultaat boven, binnen of onder het streefwaardenbereik ligt.
Blauw: boven streefwaardenbereik
Groen: binnen streefwaardenbereik
Rood: onder streefwaardenbereik

Met de twee knoppen aan de rechterzijde van de meter kun je:
- de tijd en datum aan passen op de meter
- de laatst gemeten resultaten bekijken
- de gemiddelde meetresultaten bekijken

Voor meer informatie hierover raadpleeg de gebruiksaanwijziing.

Druk voor het uitwerpen van de teststrip op de knop aan de linkerzijde van de meter.

Bekijk instructievideo

Koppel met mySugr

ACCU-CHEK en ACCU-CHEK INSTANT zijn handelsmerken van Roche.
Het Bluetooth® woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik hiervan door Roche is onder vergunning.

© 2021 Roche Diabetes Care

Roche Diagnostics Belgium NV/SA
Greenhouse BXL | Berkenlaan 8A | 1831 Diegem | 0800 93 626

www.accu-chek.be/instant